



IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
E ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ 25.137.947/0001-70

AO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021

PROCESSO N° 22/2021

PREF. M. CB - TO	22
PROC. n°	243
FLS n°	
Ass:	

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

NOME DA EMPRESA: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ: 25.137.947/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258060557	
REPRESENTANTE: EDUARDS REYNOLDS DE SOUZA PINTO	CARGO: GERENTE COMERCIAL	
ENDEREÇO: RUA PEDRO KUHNEN, N° 580	BAIRRO: FAZENDA DO SACRAMENTO	
MUNICÍPIO: ÁGUAS MORNAS	CEP: 88.150-000	TELEFONE: (48)3245-8126

Proposta de Preços

Item/Lote	Descrição	Qtde.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
30	Compacto, pequeno, leve e fácil de manusear. Características mínimas: - tela mínima de lcd 1.8 polegadas, colorida, opera com 02 pilhas alcalinas aa, apresentação simultânea da forma de onda Plestimográfica, do gráfico de barras e dos valores numéricos de spo2 e fp, capacidade mínima de memória de dados de 24 horas, faixa de medida de spo2 de 0% a 100%, faixa de medida de fc de 30bpm a 250bpm, acompanha sensor Y para pacientes pediátricos, neonatais e adultos.; O menor e mais requintado monitor de sinais vitais portátil em todo o mundo; Medição precisa no índice de baixa perfusão de 0,05%, a produção líder mundial no ambiente de movimento; Forneça o parâmetro de PI (Índice de perfusão 0,05% -20%); Medição precisa em todos os tipos de medição de ambiente extremo, como pacientes neonatais e em choque; A NIBP adota o algoritmo SAWAA (Auto-Adaptável-Forma de Onda-Amplitude - Ajuste) e o algoritmo SAFD (Auto- Adaptável-Fast- Deflação); Operação fácil por TFT colorido de 3,5 polegadas; Mudança de ID de até 100 usuários; Dois modos de medição: Spot, Monitoramento; Capacidades de armazenamento de dados, suporte para visualização de dados históricos e gráfico de tendências para verificação;	1	ROSENDA/VT200B	R\$ 1.318,00	R\$ 1.318,00

Rua: Pedro Kuhnen, 580 Fazenda Sacramento - Águas Mornas/SC - Cep: 88150-000
CNPJ: 25.137.947/0001-70 / IE: 258.060.557

[Handwritten signatures and initials]



IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
E ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ 25.137.947/0001-70

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	244
FLS n°	22
Ass:	

	No modo de monitoramento, pode gravar; continuamente 48 horas de dados de medição; No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos; Suporte a alarmes sonoros e visuais, suporte para definir os valores de limite superior e+B10inferior do alarme; Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio; Com mesa de carregamento; Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480; Indicador: indicador de alarme, indicador de energia; Traço: forma de onda de 1 pletismograma; Alarme: sonda desligada, baixa potência; Modos: Visual e Áudio; Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos; Tamanho > Dimensão 146mmX67mmX30mm Peso 250g REGISTRO ANVISA: 81543809002				
33	conjunto inclui bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC e tubo de oxigênio; 100% silicone de grau médico, sem látex; Reutilizável / Autoclavável; Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de; armazenamento de ar e tubo de oxigênio; Uso por um único paciente; Tamanhos Adulto, Pediátrico e Infantil; O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação; Validade: 5 anos; Certificação: CE,ISO 13485; Anvisa: 81543800002 ; País de origem: China;	2	COMPOWER/INFANTIL	R\$ 175,00	R\$ 350,00
34	conjunto inclui bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC e tubo de oxigênio; 100% silicone de grau médico, sem látex; Reutilizável / Autoclavável; Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de; armazenamento de ar e tubo de oxigênio; Uso por um único paciente; Tamanhos Adulto, Pediátrico e Infantil; O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação; Validade: 5 anos; Certificação: CE,ISO 13485; Anvisa: 81543800002 ; País de origem: China;	2	COMPOWER/ADULTO	R\$ 175,00	R\$ 350,00
Totais					R\$ 1.668,00

(UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade proposta: 60 DIAS	Prazo de entrega: 15 DIAS
Prazo de pagamento: 30 DIAS	Garantia: 12 MESES

DADOS BANCÁRIOS:

TITULAR: Aguamed	TITULAR: Aguamed
------------------	------------------

Rua: Pedro Kuhnen, 580 - Fazenda Sacramento - Águas Mornas/SC - Cep: 88150-000
CNPJ: 25.137.947/0001-70 / IE: 258.060.557

[Handwritten signatures and initials]




IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
E ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ 25.137.947/0001-70

BANCO: Brasil	BANCO: Caixa
AGÊNCIA: 2383-3	AGÊNCIA: 3525 OP 003
C/C: 33047-7	C/C: 728-2
E-mail: editais@aguamed.com.br	

**Aceitamos e concordamos com todos os termos do edital e que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação;*

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

Águas Mornas (SC), 29 de Março de 2021.



Atenciosamente,

Eduards Reynolds de Souza Pinto
Gerente Comercial
RG 4.025.217-5 – SSP/SC
CPF: 065.734.119-35

25.137.947/0001-70

AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
E ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Pedro Kuhnen, S/N
Fazenda do Sacramento - CEP 88.150-000
ÁGUAS MORNAS - SC



IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
E ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ 25.137.947/0001-70

AO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

PROCESSO Nº 22/2021

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	246 22
FLS n°	
Ass:	

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

NOME DA EMPRESA: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ: 25.137.947/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258060557	
REPRESENTANTE: EDUARDS REYNOLDS DE SOUZA PINTO	CARGO: GERENTE COMERCIAL	
ENDEREÇO: RUA PEDRO KUHNEN, Nº 580	BAIRRO: FAZENDA DO SACRAMENTO	
MUNICÍPIO: ÁGUAS MORNAS	CEP: 88.150-000	TELEFONE: (48)3245-8126

Proposta de Preços

Item/Lote	Descrição	Qtde.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
14	Equipamento leve, portátil e microprocessado. Ỹ Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil) com utilização de eletrodos adesivos descartáveis tamanhos adulto e infantil. Ỹ Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com o GUIDELINE AHA 2015, e possibilidade de atualizações para futuros protocolos no próprio local onde o equipamento está instalado. Ỹ Projetado para atender emergências cardíacas e aplicação do choque com uso de pás adesivas. Seu sistema automático de avaliação de ECG detecta complexos QRS e identifica arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Ỹ Análise de impedância torácica que aumenta a eficácia na desfibrilação e reduz o risco de danos causados ao coração. Ỹ Idiomas: Português. Opcional: Inglês e Espanhol. Ỹ Grau de proteção: Líquidos e partes sólidas – IP 56. - Botões: liga/desliga e de choque luminoso com alerta para disparo. Ỹ Gabinete em ABS à prova de fogo, isolado eletricamente, com alça para transporte integrada no gabinete que facilita o manuseio, transporte e evita quedas acidentais. Ỹ Peso: 1,9kg aproximadamente, com bateria de Lithium ou pack de baterias descartáveis. Ỹ Tempo de carga: até 05 segundos para 200 joules. Este tempo pode ser alterado previamente, para mais ou para menos, a critério do cliente. - Bateria recarregável Lithium-Ion Standard com capacidade de até 10 horas de monitoramento ou até 200 choques. Opcionais: Bateria descartável de+B8 Lithium Manganese com capacidade de até 15 horas de monitoramento ou até 300 choques. Ỹ Bateria recarregável Lithium-Ion Plus com capacidade de até 15 horas de monitoramento ou até 300 choques. Ỹ Bateria recarregável Lithium Polymero com capacidade de até 5 horas de monitoramento ou até 140 choques. - 150-150-150 joules, Ỹ 150-200-200 joules, 150-200-360 joules, Ỹ Outras configurações podem ser fornecidas. (Consulte manual - Modo de desfibrilação pediátrica com utilização de pás pediátricas e energia de 50 joules limitada através de sistema automático nos próprios eletrodos.	1	CMOS/DEA LIFE400	R\$ 9.134,00	R\$ 9.134,00

Rua: Pedro Kuhnen, 580 Fazenda Sacramento - Águas Mornas/SC - Cep: 88150-000
CNPJ: 25.137.947/0001-70 / IE: 258.060.557

[Handwritten signatures and initials]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 277 22
FLS n°
Ass:

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
CNPJ	03.620.716/0001-80
Autorização	8.00.581-3
Produto	DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MAN00001_03 - Manual do Usuario DEA Life 400 Futura.pdf	4435927209 - 15/12/2020 13:03:29

Nome Técnico	Desfibrilador
Registro	80058130008
Processo	25351072869200358
Fabricante Legal	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	04/06/2024

[Handwritten signatures]

PREF. M. CB - TO
 PROC. n° 248 22
 FLS n°
 Ass:

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ	25.137.947/0001-70
Autorização	8.15.438-0
Produto	Oxímetro de pulso portátil e mesa

Modelo Produto Médico
VT200B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções Técnicas Usuário Oxímetro de Mesa Ronseda VT200B - 81543809002.pdf	4386381201 - 11/12/2020 10:50:08

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	81543809002
Processo	25351768854202090
Fabricante Legal	RONSEDA ELECTRONICS CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n°
Ass:

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ	25.137.947/0001-70
Autorização	8.15.438-0
Produto	Reanimador Manual Pulmonar

Modelo Produto Médico
CP661111
CP662111
CP663111
Sistema composto por: Corpo do ambu, máscara, tubo de oxigênio, balão de silicone e válvula de silicone.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções Técnicas Usuário Reanimador Compower Adulto, Pediátrico e Neonatal - 81543800002.pdf	4386304207 - 11/12/2020 10:42:05

Nome Técnico	Ventilador Manual
Registro	81543800002
Processo	25351583886202017
Fabricante Legal	Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PREF. M. CB - TO	22
PROC. n°	250
FLS n°	
Ass:	

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ	25.137.947/0001-70
Autorização	8.15.438-0
Produto	Reanimador Manual Pulmonar

Modelo Produto Médico
CP661111
CP662111
CP663111
Sistema composto por: Corpo do ambu, máscara, tubo de oxigênio, balão de silicone e válvula de silicone.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções Técnicas Usuário Reanimador Compower Adulto, Pediátrico e Neonatal - 81543800002.pdf	4386304207 - 11/12/2020 10:42:05

Nome Técnico	Ventilador Manual
Registro	81543800002
Processo	25351583886202017
Fabricante Legal	Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PREF. M. CB - TO 22
PROC. n° 251
FLS n°
Ass:

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ	25.137.947/0001-70
Autorização	8.15.438-0
Produto	Oxímetro de pulso portátil e mesa

Modelo Produto Médico
VT200B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções Técnicas Usuário Oxímetro de Mesa Ronseda VT200B - 81543809002.pdf	4386381201 - 11/12/2020 10:50:08

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	81543809002
Processo	25351768854202090
Fabricante Legal	RONSEDA ELECTRONICS CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 25322
FLS n°
Ass:

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	06.188.236/0001-80
Autorização	8.05.404-4
Produto	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PA MED

Modelo Produto Médico
PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM RECÉM NASCIDO ;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM INFANTIL;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO G;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM RECÉM NASCIDO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM INFANTIL;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA BRIM ADULTO G;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON RECÉM NASCIDO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON INFANTIL;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;PRECISION PA – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO G;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON RECÉM NASCIDO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON INFANTIL;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;PRECISION BIC – BRAÇADEIRA NYLON ADULTO G;MASTER PRECISON PAREDE PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON PAREDE BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON PAREDE PA-BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PRECISON PAREDE BIC-BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PRECISON MESA PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON MESA BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON MESA PA-BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PRECISON MESA BIC-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO PA-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO BIC-BRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO PA-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISON RODÍZIO BIC-BRAÇADEIRA NYLON ADULTO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	2. DV0114 - Certificado Esfigmo BIC - Rev 8.jpg	0871514214 - 05/03/2021 13:10:28
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3 DV0115 - Certificado Ap PA - Rev 10.jpg	0871514214 - 05/03/2021 13:10:28
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	6. DV0351 - Manual de Inst Ap. Pr. Mesa, Parede e Rodízio rev 00.pdf	0871514214 - 05/03/2021 13:10:28

Nome Técnico	Esfigmomanometro
Registro	80540449001
Processo	25351469943200936
Fabricante Legal	CBEMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 253 22

FLS n°

Ass: _____



VT200B

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5"



Recursos

- O menor e mais requintado monitor de ... itais portátil em todo o mundo
- Medição precisa no índice de baixa perfusão de 0,05%, a produção líder mundial no ambiente de movimento
- Forneça o parâmetro de PI (Índice de perfusão 0,05% -20%)
- Medição precisa em todos os tipos de medição de ambiente extremo, como pacientes neonatais e em choque
- A NIBP adota o algoritmo SAWAA (Auto-Adaptável-Forma de Onda-Amplitude - Ajuste) e o algoritmo SAFD (Auto-Adaptável-Fast-Deflação)
- Operação fácil por TFT colorido de 3,5 polegadas
- Mudança de ID de até 100 usuários
- Dois modos de medição: Spot, Monitoramento
- Capacidades de armazenamento de dados, suporte para visualização de dados históricos e gráfico de tendências para verificação
- No modo de monitoramento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição
- No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos
- Suporte a alarmes sonoros e visuais, suporte para definir os valores de limite superior e inferior do alarme
- Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio
- Com mesa de carregamento
- Anvisa 81543809002
- País de Origem China

Especificações

- Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480
- Indicador: indicador de alarme, indicador de energia
- Traço: forma de onda de 1 pletismograma
- Alarme: sonda desligada, baixa potência
- Modos: Visual e Áudio
- Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos
- Tamanho > Dimensão 146mmX67mmX30mm | Peso 250g

Saturação de oxigênio (% SpO2)

- Faixa de medição: alcance da medida: SpO2: 0-100% | PR : 0-254 bpm | Índice de perfusão: 0,05% -20%
- Faixa de precisão: Saturação de SpO2: 70-100% | Taxa de pulso: 20-254BPM
- Índice de perfusão: 0,025% -20%
- Precisão de medição > SpO2: Adulto (incluindo pediátrico) + 2 dígitos (70-100%) | não definido (<70%)
- Recém-nascido + 3 dígitos não definidos (<70%) | Em condição de movimento + 3 dígitos
- PR : Adulto (incluindo pediátrico) + 3 dígitos | Recém-nascido + 3 dígitos | Em condição de movimento + 3 dígitos
- Índice de perfusão: 0,05% -20% Resolução
- Saturação de SpO2: 1% | Taxa de pulso: 1BPM

Opcionais

Temperatura

- Faixa de medição: 25 -45 graus | Resolução: 0,1 grau | Precisão: 0,1 grau
- Tipo de energia: bateria de íon de lítio
- Tempo de operação: 8 horas para operação normal
- Temperatura > Operando: 0-45 graus | Storage / Transporte: -20-65 graus
- Umidade > Operacional: 15% a 90% sem condensação | Armazenamento: 0% a 95% sem condensação

Pressão Não Invasiva

Amplitude da faixa de medição NIBP

	Adulto	Pediátrico	Neonatal
SYS	40~270mmHg	40~200mmHg	40~135mmHg
MEAN	20~230mmHg	20~165mmHg	20~105mmHg
DIA	10~210mmHg	10~150mmHg	10~95mmHg

Faixa de frequência e pulso: 40~240bpm

Precisão da medição NIBP: ± 3 mmHg

Precisão da medição da taxa de pulso: $\leq 2\%$ (≥ 100 BPM), 2 beats/min (< 100 BPM)

Pressão de proteção de software independente

Adulto: 300mmHg Pediátrico: 240mmHg Neonatal: 150mmHg

Pressão de proteção de hardware independente

Adulto: 320-330mmHg Pediátrico: 265-275mmHg Neonatal: 160-165mmHg

[Handwritten signatures and initials]

PREF. M. CS - TO 22	
PROC. n°	254
FLS n°	22
Ass:	_____

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ	25.137.947/0001-70
Autorização	8.15.438-0
Produto	Reanimador Manual Pulmonar

Modelo Produto Médico
CP661111
CP662111
CP663111
Sistema composto por: Corpo do ambu, máscara, tubo de oxigênio, balão de silicone e válvula de silicone.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções Técnicas Usuário Reanimador Compower Adulto, Pediátrico e Neonatal - 81543800002.pdf	4386304207 - 11/12/2020 10:42:05

Nome Técnico	Ventilador Manual
Registro	81543800002
Processo	25351583886202017
Fabricante Legal	Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 255 22
FLS n°
Ass:

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ	25.137.947/0001-70
Autorização	8.15.438-0
Produto	Oxímetro de pulso portátil e mesa

Modelo Produto Médico
VT200B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções Técnicas Usuário Oxímetro de Mesa Ronseda VT200B - 81543809002.pdf	4386381201 - 11/12/2020 10:50:08

Nome Técnico	Oxímetro de Pulso
Registro	81543809002
Processo	25351768854202090
Fabricante Legal	RONSEDA ELECTRONICS CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



REANIMADOR MANUAL (AMBU)

REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO

Este produto é utilizado principalmente para ressuscitação cardiopulmonar e assistência respiratória artificial geral, para que o paciente possa manter a respiração normal pouco antes da recuperação.

Descrição do Produto

- O conjunto inclui bolsa de reservatório de oxigênio, máscara de PVC e tubo de oxigênio;
- 100% silicone de grau médico, sem látex;
- Reutilizável / Autoclavável;
- Válvula de admissão integral, conexão direta de bolsa de armazenamento de ar e tubo de oxigênio;
- Uso por um único paciente;
- Tamanhos Adulto, Pediátrico e Infantil;
- O efeito antiderrapante da superfície do balão, facilitado a sua operação;
- Validade: 5 anos;
- Certificação: CE, ISO 13485;
- Anvisa: 81543800002;
- País de origem: China;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ADULTO	PEDIÁTRICO	NEONATAL
Capacidade do balão 1650ml	Capacidade do balão 600ml	Capacidade do balão 280ml
Máscara de anestesia de silicone 4#	Máscara integrada de silicone - 2#	Máscara integrada de silicone -1#
Capacidade do Reservatório de 2000ml	Capacidade do Reservatório de 1600ml	Capacidade do Reservatório de 1600ml
Tubo de oxigênio 2,1 metros	Tubo de oxigênio 2,1 metros	Tubo de oxigênio 2,1 metros
Diâmetro padrão de encaixe final do paciente: 15/22mm	Diâmetro padrão de encaixe final do paciente: 15/22mm	Diâmetro padrão de encaixe final do paciente: 15/22mm
Válvula de segurança limitante de pressão : 60cmH2O	Válvula de segurança limitante de pressão : 40cmH2O	Válvula de segurança limitante de pressão : 40cmH2O

[Handwritten signatures]